


EEG-Elektrodenplatzierung nach 10-20-System

Standardbelegung (21 Elektroden)



Reduzierte Belegung (LZ-EEG, 13 Elektroden)

Aus dem obigen Schema werden verwendet:

- F3, F4
- C3, C4
- P3, P4
- O1, O2
- F7, F8
- T5, T6
- Cz (Referenz)

Zusätzlich werden benötigt:

2x EKG

(oberes Sternum + vordere Axillarlinie Höhe Herzspitze)

Erdung (GND)